

Nachtrag Nr. 1

Folgende Fragen eines Bieters haben uns erreicht:

>> ... zu der Ausschreibung "Plasmacleaner" sind trotz detaillierter Leistungsbeschreibung noch einige offene Fragen, die nachfolgend aufgelistet sind:

- Laut Leistungsbeschreibung werden diverse Probenhalter gefordert.

Welche Anforderungen sind im Hinblick auf die SEM-Probenhalter zu erfüllen (Hersteller, besondere Geometrie(n), Anzahl und Größe der Proben simultan etc.)?

- Wie viele MFC's sind mindestens gefordert?

- Bis wann muss eine Lieferung/Installation erfolgen?<<

Hier sehen Sie die Antworten unseres Fachbereichs:

zu den SEM Probenhaltern kann ergänzt werden: einsetzbar für vorhandene ZEISS FIB/SEM Geräte

MFCs: mindestens 2 Stück

Lieferung: Ende 2017