

## Nachtrag Nr. 1

Folgende Frage eines Bieters zur unsere Ausschreibung

>> Beschaffung von Optischen Mikroskopen für ein Nano-Analytik-Labor <<

hat uns erreicht:

*>> .....in der Leistungsbeschreibung Punkt B: 2 Stereomikroskope, LED-Beleuchtung segmentierbar..... wird auch eine einfache Dokumentationskamera gewünscht.*

*Soll für jedes Mikroskop eine eigene Kamera geliefert werden? .....<<*

Antwort unseres Fachbereichs:

**Ja, es reicht aber eine einfache Kamera.**